

12. 調配爆裂物之藥品需明確標示內容物與濃度。										
13. 含有爆裂物之藥品不得加熱。										
14. 搬運爆裂物須保持低振動與低摩擦。										
15. 爆裂物需儲存在鋼板防爆櫃並保持在涼爽與無光照環境。										
16. 爆裂物自防爆櫃取用後皆須確認上鎖。										
17. 盤點爆裂物正確數量。										
18. 對非實驗人員管制進出。										
19. 確認滅火器位置與狀態。										
20. 確保爆裂物潮濕程度，在濕度30%以上。 (每週)										
21. 需確保實驗室之乾粉滅火器保存期限與壓力，並備有消防砂與消防水。(每月)										

填表人員：_____ 實驗室場所負責人：_____