

國立高雄師範大學爆裂物儲存防火及防爆管理

- 一、爆裂物需儲存於具鋼板結構及防火防爆之防爆櫃中，以維護校園安全。
- 二、爆裂物儲存之場所，需由鋼筋水泥結構建造及鋼筋水泥隔間。
- 三、爆裂物防爆櫃存放之實驗室，需定期通過消防安全檢查管理及備有消防砂、滅火器及消防用水等相關消防設施，其建築依消防法之相關規定管理。
- 四、爆裂物調配不得混用強酸、強鹼與強氧化物，爆裂物之操作與儲存需保持濕度30%以上。
- 五、爆裂物儲存之實驗室具24小時恆溫恆濕空氣調節，以予管理爆裂物。
- 六、爆裂物儲存之實驗室依槍砲彈藥管理辦法第十一條與第十二條，儲存與管理本實驗室所用之爆裂物。
- 七、實驗室設置防爆櫃儲存爆裂物，防爆櫃平時上鎖，兼具防盜、防火及通風設備。
 - (1)裝置錄影監視設備及交流、直流兩用警鈴。
 - (2)實驗室配置有消防砂、水、滅火器等防火設備。
 - (3)防爆櫃應設置通氣孔，並裝置溫度計、濕度計。
- 八、消防緊急安全通報
燕巢分隊 07-6162595 高雄市燕巢區中安路5 號
- 九、鄰近醫院:
義大醫院 07-9520011 高雄市燕巢區角宿里義大路1 號
健仁醫院 07-3517166 高雄市楠梓區楠陽路136 號
榮民總醫院 07-3422121 高雄市左營區大中一路 386 號