

國立高雄師範大學職業安全衛生自動檢查計畫

- 93.10.14 國立高雄師範大學環安指導委員會九十三年度第二次會議審議通過
93.11.04 國立高雄師範大學高師大環教字第 0930007898 號函核定
102.11.11 國立高雄師範大學環境暨安全衛生委員會 102 年第 5 次會議審議通過
103.12.24 國立高雄師範大學 103 學年度第 4 次行政會議審議通過
111.01.25 國立高雄師範大學環境暨安全衛生委員會 111 年第 1 次會議審議通過
113.01.25 國立高雄師範大學環境暨安全衛生委員會 113 年第 1 次會議審議通過

壹、前言

學校實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場（以下簡稱適用場所）使用的機械、設備數量雖不多，但種類及型式卻具多樣性。為落實安全衛生工作，提昇機械及設備使用之安全，防止教職員工發生職業災害。特依據《職業安全衛生法》第二十三條、《職業安全衛生管理辦法》之規定，訂定國立高雄師範大學職業安全衛生自動檢查計畫（以下簡稱本計畫），以維護學校作業環境安全，並保障教職員工之安全與健康。

貳、實施對象

各適用場所之機械及設備。


參、權責

- 一、總務處環安組：本計畫之研擬及修訂、計畫執行之督導。
- 二、學院及中心：督導所屬執行自訂之自動檢查計畫。
- 三、系（所）及中心：審定所屬適用場所研提之自動檢查計畫並督導其確實執行。
- 四、適用場所負責人：依所使用之機械、設備之特性與《職業安全衛生管理辦法》之規定，訂定適宜該場所之自動檢查計畫（含檢查項目、檢查時間、檢查頻率），報系（所）或中心核定後據以實施。

肆、作業內容

一、作業內容說明：

- 1.對於機械、設備之定期檢查及作業檢點，應依實際需要自行訂定，並以檢點手冊、檢點表等為之。確實依據法定應實施自動檢查項目表（如附表 1 所示）查詢校內機械、設備、或作業是否需進行自動檢查。
- 2.各項機械設備之檢查項目（定期檢查、重點檢查、作業檢點等）、週期、可填入自動檢查計畫中（如附表 2 所示），各單位可依據前述計畫期程確實執行自動檢查。
- 3.按時執行自動檢查時並確實填寫自動檢查紀錄表（如附表 3 所示），相關記錄留存 3 年以供備查。
- 4.作業流程圖：



二、自動檢查類別：

- 1.作業檢點：分機械設備之作業檢點與勞工作業有關事項之檢點，其屬於比較不詳細之檢查，目的在於了解當時機械設備或作業情形之概況。
- 2.定期檢查：對工作場所各種機器、設備，依照其性質、使用時間而進行週期性檢查，目的是為了明瞭機械的使用狀況。檢查週期可參考機械、設備原廠商建議或職業安全衛生管理辦法規定之期限，兩者取期限較短者實施檢查。
- 3.重點檢查：對特殊機械設備（詳附表1）於完成設置開始使用或拆卸、改裝、修理後就其部份重要處實施檢查。
- 4.重新檢查：機械、設備停用1年以上或由國外進口、移動、改造等狀況，應進行重新檢查。
- 5.列管檢查：依據危險性機械及設備安全檢查規則指定之機械及設備，由勞動檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構實施。

三、自動檢查表或檢點表之制訂與執行：

- 1.適用場所負責人依據本計畫訂定負責場所內部適用之機械、設備和作業之「自動檢查實施計畫表」（如附表2所示），並建立各項檢查之「每年/季/月自動檢查表或每日檢點表」，並由系（所）或中心審核後實施。
- 2.自動檢查內容（範例如附表3~30所示）之建立，可參考相關之機器設備操作與保養作業指導書進行增訂。
- 3.除職業安全衛生管理辦法規定之自動檢查項目（如附表1所示）外，各適用場所可依其特性增修訂其他檢查項目，包含一般性安全衛生定期檢查檢點等。
- 4.適用場所制定之各項「自動檢查表」須與實際操作、使用人員或檢查人員進行溝通、協調，完成各單位適用之表格，使實際操作、使用人員或檢查人員對檢查表

內容認知一致，且均能接受與實行。檢查人員應由實驗場所負責人指派專人負責。

5.自動檢查表之執行：

(1)設備或設施日常性之保養及維護作業，依相關之機器設備操作與保養作業指導書執行。

(2)各場所依其作業內容執行相關之檢查，自動檢查記錄由實驗場所或其他作業場所之單位自行保存備查，並擲交副本予環安組備查。

(3)各場所若檢查不合格或異常情形，應確實採取後續適當措施並予以改善。

6.各單位設備、機械等以全部或部份交付承攬(含維修)時，應以書面約定由承攬人實施執行自動檢查；並將實施內容包括自動檢查計畫及自動檢查紀錄表以書面送交出借單位及本校環安組存查，自動檢查紀錄執行單位必須保存一份，以備查核。

四、自動檢查之人員教育訓練：

自動檢查實施過程涉及需要各種專業技能，且需專業技術人員操作測定檢查，應依相關法規辦理。對於一般檢查人員亦同，促使每一檢查人員都具備相當的知識與技術。

五、自動檢查表應紀錄之事項

1.檢查年、月、日。

2.實施檢查者之姓名。

3.檢查方法。

4.檢查部份（包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖）。

5.檢查結果。

6.依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容，如：發現危害，則應分析危害因素，評估危害風險（嚴重性及風險分析），並定期檢討改善措施之合宜性。

六、安全衛生自動檢查紀錄注意事項

1.自動檢查表於機器、設備改變時，應由實際操作、使用人員或檢查人員提出修訂，並於修訂後應知會系（所）及中心，然後重新執行。

2.自動檢查記錄應保存3年。

七、發生不安全衛生狀態及行為處理注意事項：

1.實施自動檢查如發現異常時，應立即檢修及採取必要措施；發現對勞工有危害之虞時，應立即停止作業，掛上警告標誌，並使作業人員退避至安全處所，且緊急陳報上級主管。

2.專業技術事項之安全衛生定期檢查、設備合格檢查應按時檢查，危險性機械、設備應委請（代）檢查機構，經檢查合格取得合格證後才能使用。使用超過規定期間者，非經再檢查合格不得繼續使用。

3.本校事業之全部或部分交付承攬或再承攬時，如該承攬人使用之機械、設備或器具係由本校提供，該機械、設備或器具應由本校實施定期檢查及重點檢查。前項定期檢查及重點檢查於有必要時得由承攬人或再承攬人會同實施；如承攬人或再承攬人具有實施之能力時，得以書面約定由承攬人或再承攬人為之。

4.本校承租、承借機械、設備或器具供校內使用者，應對機械、設備或器具實施自動檢查。前項自動檢查之定期檢查及重點檢查得以書面約定由出租、出借人為

之。

伍、計畫實施及修正

本計畫經環境暨安全衛生委員會審議通過並奉校長核定後實施，修正時亦同。

附表1：自動檢查實施週期及參考法條

一、職業安全衛生管理辦法：

項 目	週 期		列管檢查		整體檢查		定期檢查				作業檢點		重點檢查
	竣工(使 用)檢查	定期 檢查	每3年	每年	每2年	每年	每3月	每月	每日 作業前	特殊狀 況後	初使用或改 裝修理後		
電氣機車			13			13		13		50			
一般車輛							14 (附表 3)		50 (附表 4)				
車輛頂高機							15						
高空工作車				15-1				15-2	50-1				
車輛系營建機械				16				16					
堆高機				17				17					
動力離心機械						18 (附表 5)							
動力衝剪機械						26			59				
乾燥設備(烘箱)						27 (附表 6)							
乙炔熔接裝置						28			71				
氣體集合熔接裝置						29			71				
高壓電氣設備						30							
低壓電氣設備						31							
工業用機器人									60/66				
固定式起重機	要	2年		19				19	52	52			
移動式起重機	要	2年		20				20	53	53			
人字臂起重桿	要	2年		21				21	54	54			
升降機	要	每年		22				22					
營建用提升機	要	2年						23	55				
吊籠	要	每年						24	56	56			
簡易提升機						25		25	57				
第一種壓力容器 (高壓滅菌鍋)	要	每年/ 內部依 規定						33 (附表 7)	64 (附表 8)				
小型鍋爐						34							
第二種壓力容器 (空氣壓縮機)						35 (附表 9)					45 (附表 10)		
小型壓力容器 (小型高壓滅菌鍋)						36 (附表 11)							
高壓氣體特定設備 (高壓氣體作業)	要	每年/ 內部依 規定				37 沉陷		33	64/65				

項 目	週 法 條	列管檢查		整體檢查		定期檢查				作業檢點		重點檢查
		竣工(使 用)檢查	定期 檢查	每3年	每年	每2年	每年	每3月	每月	每日 作業前	特殊狀 況後	初使用或改 裝修理後
高壓氣體容器		要	依規定						33	60		
特定化學設備及附屬設備						38						49
化學設備及附屬設備						39						
局部排氣裝置							40 (附表 12)					47 (附表 13)
空氣清淨裝置							40/41 (附表 14)					
異常氣壓之再壓室									42			
異常氣壓之輸氣設備												48
捲揚裝置										51		46
營造工程施工架設備 模板支撐架									43/44 每週	63	43/44	
營建工程施工構台、支撐架設 備、露天開挖擋土支撐設備、隧 道或坑道開挖支撐設備、沉箱、 圍堰及壓氣施工設備、打樁設備										63		
有機溶劑作業、鉛作業、四烷基 鉛作業、特定化學物質作業、粉 塵作業										69 (附表 15~16)		
危害物製造處置作業										72		
高壓氣體之灌裝容器儲存運輸及 廢棄作業										65		
露天開挖擋土支撐設備、隧道或 坑道開挖支撐設備、沉箱、圍堰 及壓氣施工設備、打樁設備										63		
打樁設備之組立及操作作業、檔 土支撐之構築作業、露天開挖之 作業、隧道、坑道開挖作業、混 凝土作業、其他營建作業										67		
缺氧危險作業										68		
異常氣壓作業										65		
林場作業										73		
船舶清艙解體作業										74		
碼頭裝卸作業										75		
纖維纜索、乾燥室、防護用具、 電氣機械器具及自設道路										77		
高壓氣體製造設備		使用開始前及使用終了後及 1 日 1 次以上就該設備之動作狀況實施檢點										
高壓氣體消費設備		使用開始前及使用終了後及 1 日 1 次以上就該設備之動作狀況實施檢點										

二、職業安全衛生設施規則：

項 目	週 法 條	列管檢查		整體檢查		定期檢查				作業檢點		重點檢查
		竣工(使 用)檢查	定期 檢查	每3年	每年	每2年	每年	每6月	每月	每日 作業前	特殊狀 況後	初使用或改 裝修理後
研磨機										62 (附表 17)		

三、勞工健康保護規則：

項 目	週 法 條	列管檢查		整體檢查		定期檢查				作業檢點		重點檢查
		竣工(使 用)檢查	定期 檢查	每3年	每年	每2年	每年	每6月	每月	每日 作業前	特殊狀 況後	初使用或改 裝修理後
急救藥品與器材								15 (附表 18)				

四、毒性及關注化學物質應變器材與偵測警報設備管理辦法：

項 目	週 法 條	列管檢查		整體檢查		定期檢查				作業檢點		重點檢查
		竣工(使 用)檢查	定期 檢查	每3年	每年	每2年	每年	每6月	每月	每日 作業前	特殊狀 況後	初使用或改 裝修理後
應變器材、偵測及警報設備 (洩漏處理設備、緊急安全器 材櫃、個人安全衛生防護具)									12 (附表 19~21)			

五、其他：

項 目	週 法 條	列管檢查		整體檢查		定期檢查				作業檢點		重點檢查
		竣工(使 用)檢查	定期 檢查	每3年	每年	每年	每6月	每3月	每月	每日 作業前	特殊狀 況後	初使用或改 裝修理後
一般機械 (切割機、砂輪機、帶鋸機、刨 木機、木材加工用圓盤鋸、手推 刨床、鑽床、銑床、車床、磨 床)									*41-68 (附表 22~28)			
緊急淋浴設備									(附表 29)	(附表 30)		
藥品櫃、高壓氣體鋼瓶、儀器及 附屬設備、污染防治設備、室內 整體環境條件、消防滅火設施										(附表 30)		

備註：「*」標示之檢點項目是參考《職業安全衛生設施規則》訂定。

附表2：自動檢查計畫(格式範例)

國立高雄師範大學 OO 系/中心 000 實驗室/實習工廠自動檢查計畫

目標：確保各機械設備及作業的正常運作，及維護作業工作者安全。																
機械設備或作業名稱及 設置位置	檢查項目	負責單位	經費	_____年 預定實施月份或日期												備註
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<input type="checkbox"/> 定期檢查 (週期：_____) <input type="checkbox"/> 列管檢查 <input type="checkbox"/> 重點檢查 <input type="checkbox"/> 作業檢點															
	<input type="checkbox"/> 定期檢查 (週期：_____) <input type="checkbox"/> 列管檢查 <input type="checkbox"/> 重點檢查 <input type="checkbox"/> 作業檢點															
	<input type="checkbox"/> 定期檢查 (週期：_____) <input type="checkbox"/> 列管檢查 <input type="checkbox"/> 重點檢查 <input type="checkbox"/> 作業檢點															
	<input type="checkbox"/> 定期檢查 (週期：_____) <input type="checkbox"/> 列管檢查 <input type="checkbox"/> 重點檢查 <input type="checkbox"/> 作業檢點															
	<input type="checkbox"/> 定期檢查 (週期：_____) <input type="checkbox"/> 列管檢查 <input type="checkbox"/> 重點檢查 <input type="checkbox"/> 作業檢點															
	<input type="checkbox"/> 定期檢查 (週期：_____) <input type="checkbox"/> 列管檢查 <input type="checkbox"/> 重點檢查 <input type="checkbox"/> 作業檢點															
	<input type="checkbox"/> 定期檢查 (週期：_____) <input type="checkbox"/> 列管檢查 <input type="checkbox"/> 重點檢查 <input type="checkbox"/> 作業檢點															
	<input type="checkbox"/> 定期檢查 (週期：_____) <input type="checkbox"/> 列管檢查 <input type="checkbox"/> 重點檢查 <input type="checkbox"/> 作業檢點															

說明：自動檢查計畫以作業場所為單位，並依機械或設備種類區分檢查週期來訂定，檢查項目及實施週期，請依據職業安全衛生管理辦法及相關法令的規定辦理。(本表不敷使用時，請自行影印)

實驗場所負責人：

單位主管：

附表3：一般車輛每3個月自動檢查紀錄表 (參考範例，檢查項目不限於表中內容)

國立高雄師範大學一般車輛每3個月自動檢查紀錄表

負責單位：_____ 車號：_____ 檢查日期：_____年_____月_____日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
車體	車內外、車架完整、外表無擦撞痕、配件無鬆動	目視/實測			
輪胎	胎壓正常、胎面無針刺物、鋼圈無變形、螺栓無鬆動	目視/實測			
油箱	油管連接良好、油箱外觀完整無滲漏	目視/實測			
水箱	冷卻水箱、雨刷水箱等管路無破損滲漏、水位正常、水質乾淨	目視/實測			
油壓裝置	油壓裝置試動作、無漏油、操作正常	目視/實測			
蓄電池及電氣系統	電池接線頭、電壓指示、前後車燈、警示器、喇叭、雨刷動作等正常；清潔液、電瓶液位充足	目視/實測			
煞車設備	煞車分泵、油管、手、腳煞車測試正常；煞車油液位正常	目視/實測			
引擎	潤滑油液位正常；引擎試運轉功能正常	目視/實測			
排氣管	是否固定良好、外觀完整無破孔、排氣正常	目視/實測			
建議改善事項：					

※無該項目請於檢查結果欄註明「無」或「不適用」。

檢查人員：_____ 單位主管：_____

附表4：一般車輛每日作業檢點紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學一般車輛每日作業檢點表

負責單位：_____

車號：_____

檢查月份：_____年_____月

檢點項目	檢查方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. 汽油/電量是否足夠	目視/實測																															
2. 電瓶水、水箱水、雨刷水等水位是否正確	目視/實測																															
3. 機油槽位、剎車油量是否正確	目視/實測																															
4. 油門操作是否正確	目視/實測																															
5. 煞車系統功能是否正確	目視/實測																															
6. 發電機皮帶、風扇皮帶是否異音	目視/實測																															
7. 胎壓、胎紋是否正確	目視/實測																															
8. 各車門擋風玻璃、雨刷功能是否正確	目視/實測																															
9. 方向燈、車燈、煞車燈是否正確	目視/實測																															
10. 車門關閉情形是否正確	目視/實測																															
11. 儀錶板功能是否正確	目視/實測																															
檢點人員																																
備註																																

單位主管：_____

附表5：離心機每年自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠

離心機械設備每年自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

項目	檢查內容	檢查方法	檢查結果	改善措施
外殼	1.外殼螺絲是否栓緊			
	2.使用時，蓋子是否蓋緊			
	3.外殼有無龜裂、變形現象			
	4.電源是否接地			
回轉體	1.回轉體螺絲是否栓緊			
	2.是否標示最大轉速			
	3.回轉體有無龜裂、變形現象			
主軸軸承	1.自離心機機械取出內裝物時、應使該機械停止運轉後再行取出			
	2.主軸軸承有無龜裂、變形現象			
	3.轉速所發出的聲音是否正常			
制動器	1.是否有制動裝置			
	2.是否有設備操作手冊			
電器裝置	1.接地線正常、無鬆動、無脫落			
	2.線路整齊無缺			
	3.各操作盤指示燈、儀表正常			
其他	1.各附屬螺栓等齊全無腐蝕，且確實密合			
	2.			

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以"—"示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

檢查人員：

實驗場所負責人：

單位主管：

附表6：乾燥設備每年自動檢查紀錄表 (參考範例，檢查項目不限於表中內容)

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠乾燥設備(烘箱)每年自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

項目	檢查內容	檢查方法	檢查結果	改善措施
本體	1.設備外表完整，整潔無變形，無缺損，無腐蝕，無脫漆			
	2.設備內無損傷，保溫材料無脫落，及積存殘渣			
	3.安全閥、壓力表是否正常			
換氣設備	1.吸排氣機功能正常，氣體無外洩			
	2.馬達運轉正常，無震動，無異聲			
	3.傳動皮帶功能正常完整，無打滑			
	4.傳動裝置防護罩完整無缺			
	5.排氣罩完整無缺			
電器裝置	1.配線支線路整齊無缺			
	2.接地線正常，無鬆動，無脫落			
	3.各操作盤指示燈、儀表正常			
加熱系統	1.溫度計(表)指示正常			
傳動裝置	1.傳動桿防護罩，跨橋等防護無缺損			
	2.皮帶輪、鏈條防護罩完整無缺損或鬆動			
其他	1.設置位置適當，周圍無有易燃物及過熱之虞			
	2.置備有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具			

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

檢查人員：

實驗場所負責人：

單位主管：

附表7：第一種壓力容器每月自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠

第一種壓力容器(滅菌鍋)每月自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

檢查項目	檢查方法	檢查結果	改善措施
容器本體	1.本體有無損傷、腐蝕、洩漏		
	2.本體是否無變形、膨凸、凹陷		
	3.焊接縫有無腐蝕及裂縫		
	4.保溫有無破損		
	5.腳架、承座等是否無損傷及腐蝕		
	6.防銹油漆有無脫落		
蓋板螺栓	7.蓋板是否無變形、損傷、腐蝕及洩漏		
	8.各部螺栓有無鬆動或減少		
	9.各部螺栓有無損耗、腐蝕		
	10.蓋版、凸緣、墊圈有無腐蝕或變形		
管及閥等	11.閥、旋塞有無損耗、無彎曲、變形或洩漏		
	12.各接頭有無洩漏		
	13.管線或管端有無腐蝕(含電熱管)		
	14.熔接部份有無裂痕及腐蝕		
	15.固定螺栓有無損傷、裂痕、腐蝕及鬆弛		
	16.墊圈有無裂痕、破損及劣化		
附屬及安全裝置	17.安全閥之性能是否正常		
	18.破裂板有無腐蝕、洩漏、損傷及裂痕		
	19.釋放管有無阻塞、腐蝕		
	20.壓力錶之性能是否正常，且應明顯標示最高使用壓力之位置，且標示紅線及藍線		
	21.液面計是否正常		
	22.溫度計是否正常		
	23.自動警報裝置功能有無正常		
其他	24.		

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

檢查人員：

實驗場所負責人：

單位主管：

附表8：第一種壓力容器每日作業檢點紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠第一種壓力容器(滅菌鍋)每日作業檢點紀錄表

檢查月份： 年 月

檢點項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.本體外觀有無顯著損傷、變形或腐蝕																															
2.保溫材及標示有無剝離、脫落或破損																															
3.管件、閥、旋塞、蓋板、螺栓等有無鏽蝕、洩漏或變形																															
4.檢視溫度、壓力等運轉狀態，並確認安全閥、壓力錶、溫度表、液位計及其他安全裝置有無異狀																															
5.避免急劇負荷變動之現象																															
6.汽壓保持在最高使用壓力之下																															
7.保持安全閥之功能正常																															
8.檢點及調整自動控制裝置，以保持功能正常																															
9.保持冷卻水裝置之功能正常																															
10.壓力表歸零，方可開鍋取件																															
11.保持水位裝置之正確位置																															
12.設備基礎是否龜裂、設備是否下沉傾斜																															
13.設備管路連接支撐架是否斷裂																															
檢查人員																															
備註																															

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表9：第二種壓力容器每年自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠
第二種壓力容器(空氣壓縮機機械部分)每年自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

項次	檢查項目	檢查方法	檢查結果	異常處理及說明
1.	內面及外面是否有顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕			
2.	蓋、凸緣、閘、旋塞等有否異常			
3.	安全閘、壓力表與其他安全裝置之性能有否異常			
4.	每日開動前是否已將凝結水排除乾淨			
5.	安全閘是否故障			
6.	空氣壓縮機達到設定壓力是否自動停止運轉			
7.	空氣壓縮機是否有異常振動或異常聲音			
8.	空氣壓縮機潤滑油油位是否有異常			
9.	氣壓是否保持在最高容許壓力之下			
10.	負荷是否有劇烈變動			
11.	空氣壓縮機及空氣儲存槽是否有異常發熱			
12.	空氣儲存槽及管路接頭是否有漏氣現象			
13.	壓縮空氣儲存槽及管件是否有銹蝕現象			
14.	氣壓錶壓力指示是否正常			
15.	自動控制裝置是否有異常			
16.	皮帶有無過於鬆動、軸心是否磨耗之狀況			
17.	電器開關動作或電器接線有無異常			
18.	排水閘是否堪用、堵塞			
19.	靜電接地是否正常			
20.	各部螺栓有無鬆動、掉落、損耗			
21.	潤滑油是否有潤滑之作用			
22.	過濾器動作是否正常、破裂、漏洩			

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以"—"示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

檢查人員：

單位主管：

實驗場所負責人：

附表10：第二種壓力容器重點檢查紀錄表 (參考範例，檢查項目不限於表中內容)

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠

第二種壓力容器(空氣壓縮機機械部分)重點檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

檢點項目	檢查方法	檢查結果	處理情形
1.確認胴體、端板之厚度是否與製造廠所附資料符合			
2.確認安全閥吹洩量是否足夠			
3.各項尺寸、附屬品與附屬裝置是否與容器明細表符合			
4.經實施耐壓試驗無局部性之膨出、伸長或洩漏之缺陷			
5.備用動力源之性能			
6.其他保持性能之必要事項：			
備註：(採取必要之整修措施事項)			

備註：

1. 檢查時機：(1)開始使用、修理、改造之際。(2)變更用途，包括原料、材料之變更。
2. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
3. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
4. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

檢查人員：

實驗場所負責人：

單位主管：

附表11：小型壓力容器每年自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠

小型壓力容器(滅菌鍋)每年自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

檢查項目		檢查方法	檢查結果	改善措施
容器本體	1.本體有無損傷、腐蝕、洩漏			
	2.本體是否無變形、膨凸、凹陷			
	3.焊接縫有無腐蝕及裂縫			
	4.保溫有無破損			
	5.腳架、承座等是否無損傷及腐蝕			
	6.防銹油漆有無脫落			
	7.固定螺栓是否無鬆弛及腐蝕			
蓋板螺栓	8.各部螺栓有無鬆動或減少			
	9.各部螺栓有無損耗、腐蝕			
	10.蓋版、凸緣、契合齒、環、放射桿及鎖緊螺栓有無腐蝕、變形或腐蝕			
	11.墊圈部分是否無洩漏及劣化			
管及閥等	12.閥、旋塞有無損耗或洩漏			
	13.各接頭有無洩漏			
	14.管線有無腐損(含電熱管)			
	15.閥體有無損傷、腐蝕、無彎曲、變形及洩漏			
	16.固定螺栓有無損傷、裂痕、腐蝕及鬆弛			
附屬及安全裝置	17.安全閥之性能是否正常			
	18.破裂板有無腐蝕、洩漏、損傷及裂痕。			
	19.釋放管有無阻塞、腐蝕			
	20.壓力錶之性能是否正常，且應明顯標示最高使用壓力之位置，且標示紅線及藍線			
	21.液面計是否正常			
	22.溫度計是否正常			
	23.自動警報裝置功能有無正常			
其他	24.			

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

檢查人員：

實驗場所負責人：

單位主管：

附表12：局部排氣裝置每年自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠局部排氣裝置每年自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
1. 氣罩、導管及排氣機狀況	是否磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況	目視檢查			
2. 導管或排氣機之狀況	是否有塵埃聚積狀況	目視檢查			
3. 排氣機之注油潤滑狀況	是否有異聲	實測檢查			
4. 導管接觸部分之狀況	是否出現洩漏及損壞	目視檢查			
5. 連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況	皮帶是否鬆弛	目視檢查			
6. 吸氣及排氣之能力	吸/排氣能力是否正常	實測檢查			
7. 設置於排放導管上之採樣設施	是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌	目視檢查			
8. 其他妨礙作業安全事項	是否妨礙作業	目視檢查			
9. 保持性能之必要事項	性能是否正常	目視檢查			
建議改善事項：					

※無該項目請於檢查結果欄註明「無」或「不適用」。

檢查人員：

實驗場所負責人：

單位主管：

附表13：局部排氣裝置重點檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠

局部排氣裝置重點檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

檢點項目	檢查方法	檢查結果	處理情形
1. 導管或排氣之塵埃聚積狀況是否正常	檢點		
2. 導管接觸之狀況是否正常	目視		
3. 吸氣及排氣之能力是否正常	檢點		
4. 其他保持性能之必要事項是否正常	檢點		
備註：（採取必要之整修措施事項）			

備註：

1. 檢查時機：(1)開始使用、修理、改造之際。(2)變更用途，包括原料、材料之變更。
2. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
3. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
4. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

檢查人員：

實驗場所負責人：

單位主管：

附表14：局部排氣裝置內之空氣清淨裝置每年自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠

局部排氣裝置內之空氣清淨裝置每年自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

檢點項目	檢查方法	檢查結果	處理情形
1. 構造部分之磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度			
2. 除塵裝置內部塵埃堆積之狀況			
3. 濾布式除塵裝置者，有無濾布之破損及安裝部分鬆弛之狀況			
4. 其他保持性能之必要事項是否正常			
備註：（採取必要之整修措施事項）			

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

檢查人員：

實驗場所負責人：

單位主管：

附表15：有機溶劑作業每日作業檢點紀錄表（參考範例，檢點項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠有機溶劑作業每日作業檢點紀錄表

檢查月份： 年 月

檢點項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. 是否有直接接觸有機溶劑之現象																															
2. 確認有機溶劑作業已實施通風換氣																															
3. 認所設置通風設備維持其有效性能																															
4. 確認每一作業機器均運作正常無異狀																															
5. 確認現場嚴禁煙火																															
6. 是否有不適當之工作方法致使溶劑瀰漫																															
7. 是否攜帶防毒口罩/面具(有必要使用時)																															
8. 是否隨手對溶劑容器加蓋																															
9. 檢點本週有機溶劑消費量是否在規定(或原設計)範圍內																															
10. 是否室內僅置放當天所需使用之溶劑																															
11. 所有溶劑是否危害標示																															
12. 作業場所是否有置放安全資料表及危害性化學品清單																															
13. 作業場所是否有公告有機溶劑注意事項																															
14. 作業人員是否有帶安全眼鏡、口罩、實驗衣手套																															
15. 作業場所是否有公告有機溶劑注意事項																															
16. 確認作業現場不可放置飲水、食物於現場飲食																															
檢點人員																															
備註																															

- 備註：
1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
 2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
 3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。
- 實驗場所負責人：
單位主管：

附表16：特定化學物質作業每日作業檢點紀錄表（參考範例，檢點項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠特定化學物質作業每日作業檢點紀錄表

檢查月份： 年 月

檢點項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. 警報裝置之性能是否良好																															
2. 除卻危害之必要藥劑、器具是否備妥																															
3. 避難梯是否設置兩處且其中一處至於室外																															
4. 避難梯是否保持通暢無阻																															
5. 洗眼、沐浴、嗽口、更衣及洗衣或緊急沖淋等設備是否均已設置且隨時可用狀況																															
6. 所有特定化學物質是否有危害標示並備置安全資料表及危害性化學品清單																															
7. 是否發給每位特化作業勞工合格有效之呼吸護具、防護眼鏡、防護衣、防護手套、防護鞋及塗敷劑																															
8. 防護具是否均保持其性能及清潔																															
9. 整體換氣及裝置氣罩、導管、排氣機及空氣清靜裝置腐蝕、凹凸或其他損害之狀況及程度																															
10. 整體換氣裝置之排氣機是否故障																															
11. 密閉設備之內面及外面有否顯著損壞、變形及腐蝕																															
12. 安全閥及緊急遮斷裝置與其他安全裝置之性能是否良好																															
檢查人員																															
備註																															

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表17：研磨機每日作業檢點紀錄表 (參考範例，檢點項目不限於表中內容)

國立高雄師範大學○○系○○實習工廠研磨機每日作業檢點紀錄表

檢查月份： 年 月

檢點項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.作業開始前運轉一分鐘																																
2.告知或標示操作者不得使用手套																																
3.切割片更換後試運轉三分鐘																																
4.護罩擋板是否完整																																
5.切割片有無破裂																																
6.電動機是否正常運轉																																
7.急救箱藥品名稱是否標示清楚，並清楚位置																																
8.機台及馬達是否接地																																
9.緊急停止裝置是否正常																																
10.工作人員因配戴安全眼鏡																																
11.其他																																
檢點人員																																
備註																																

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表18：急救醫藥箱每6個月自動檢查紀錄表（參考範例，藥品與器材不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠急救醫藥箱檢點表

	品項	數量	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
1	彈性繃帶							
2	普通棉棒(滅菌)							
3	滅菌紗布							
4	透氣膠帶							
5	OK 繃							
6	生理食鹽水							
7	優碘							
檢點人員								

註：

1. 檢查頻率：至少每6個月一次。
2. 藥品堪用請打 V；藥品過期(待補充)請打 X。
3. 藥品過期或不足，請各實驗室自行購買補充。
4. 如有特殊藥品，請自行新增至檢點表。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表19：洩漏處理設備每月自動檢查紀錄表（參考範例，設備不限於表中內容）

國立高雄師範大學洩漏處理設備每月檢點表

檢查年份： 年

	品項	數量	1月日	2月日	3月日	4月日	5月日	6月日	7月日	8月日	9月日	10月日	11月日	12月日
1	警告 PVC 警示帶	1												
2	指揮三角旗	1												
3	連身式工作服	1												
4	標示廢棄物處理袋	5												
5	耐酸鹼有機手套	2												
6	吸液棉索	2												
7	化學洩漏處理劑	1												
8	PH 試紙	1												
9	杓子	1												
10	鏟子	1												
11	哨子	1												
12	安全護目鏡	2												
13	半面式防毒面具	1												
14	濾毒罐	1												
15	防火毯	5												
檢點人員														

註：設備狀態良好並定期清潔打 V，不堪使用(數量短缺、濾毒罐過期)打 X。

環安組組長：

總務長：

附表20：緊急安全器材櫃每月自動檢查紀錄表 (參考範例，器材不限於表中內容)

國立高雄師範大學○○系/中心緊急安全器材櫃器材每月檢點表

器材櫃位置：_____

檢查年份：_____年

	防護具種類	數量	1月日	2月日	3月日	4月日	5月日	6月日	7月日	8月日	9月日	10月日	11月日	12月日
1	安全護目鏡													
2	防護面罩													
3	防毒面具													
4	濾毒罐													
5	耐酸鹼有機手套													
6	C級防護衣													
7	防火毯													
8	急救箱													
9	氧氣瓶													
10	吸液綿													
檢點人員														

備註：

1. 濾毒罐數量需至少為防毒面具的2倍。
2. 檢查結果：正常打V，異常打X，異常時，請立即更換。

單位主管：

附表21：個人安全衛生防護器具每月自動檢查紀錄表（參考範例，防護具不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室個人安全衛生防護器具每月檢點表

檢查年份： 年

	防護具種類	數量	1月 日	2月 日	3月 日	4月 日	5月 日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日
1	安全護目鏡													
2	防毒面具													
3	濾毒罐													
4	耐酸鹼有機手套													
5	C級防護衣													
檢點人員														
備註														

備註：

- 1.濾毒罐數量需至少為防毒面具的2倍。
- 2.檢查結果：正常打V，異常打X，異常時，請立即更換。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表22：切割機、砂輪機、磨床、木材加工用圓盤鋸每月自動檢查紀錄表(格式範例，檢查項目不限於表中內容)

國立高雄師範大學○○系○○實習工廠

切割機、砂輪機、磨床、木材加工用圓盤鋸每月自動檢查紀錄表

檢查年份： 年

檢點項目	1月 日	2月 日	3月 日	4月 日	5月 日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日
1.告知或標示操作者不得使用手套												
2.切割片（砂輪或研磨輪）更換後試運轉三分鐘												
3.護罩擋板是否完整												
4.切割片（砂輪或研磨輪）有無破裂												
5.電動機是否正常運轉												
6.急救箱藥品名稱是否標示清楚，並清楚位置												
7.機台及馬達是否接地												
8.緊急停止裝置是否正常												
9.工作人員應配戴安全眼鏡												
10.圓盤鋸之反撥預防裝置												
11.其他												
檢查人員												
備註												

- 備註：
1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
 2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
 3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。
- 實驗場所負責人：
- 單位主管：

附表23：帶鋸機每月自動檢查紀錄表 (參考範例，檢查項目不限於表中內容)

國立高雄師範大學○○系○○實習工廠帶鋸機每月自動檢查紀錄表

檢查年份： 年

檢點項目	1月 日	2月 日	3月 日	4月 日	5月 日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日
1.傳動馬達、皮帶是否正常												
2.有無安全護罩												
3.電源有無鬆脫裸露												
4.旋轉有無異常												
5.運轉速度確認												
6.機械本體有無損傷異常												
7.鋸片有無破裂、磨損												
8.操作人不得帶手套												
9.V皮帶是否正常												
10.其他												
檢查人員												
備註												

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以"—"示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表24：刨木機每月自動檢查紀錄表 (參考範例，檢查項目不限於表中內容)

國立高雄師範大學○○系○○實習工廠刨木機每月自動檢查紀錄表

檢查年份： 年

檢點項目	1月 日	2月 日	3月 日	4月 日	5月 日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日
1.鑽頭夾頭有無損傷磨耗												
2.飛輪及軸承是否正常												
3.皮帶傳動是否正常												
4.工作盤面是否正常												
5.床架及各軸承是否正常												
6.潤滑油孔及油路是否堵塞												
7.各部固定螺栓未鬆動												
8.驅動馬達是否正常												
9.電器開關、各電路及接頭是否正常												
10.其他												
檢查人員												
備註												

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以"—"示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表25：手推刨床每月自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系○○實習工廠手推刨床每月自動檢查紀錄表

檢查年份： 年

檢點項目	1月 日	2月 日	3月 日	4月 日	5月 日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日
1. 標準操作流程是否張貼於明顯處並遵照作動												
2. 機台運轉是否正常												
3. 電源、配線是否正常無破損												
4. 警告標示是否張貼於明顯處 (不得使用手套或穿著寬鬆衣服)												
5. 是否設置遮斷裝置，使旋轉中刀具停止												
6. 遮斷裝置是否設置於不離開作業位置即可操作之位置												
7. 遮斷裝置作動是否正常												
8. 是否設置可固定刀軸之裝置												
9. 是否設置刀部接觸預防裝置												
10. 是否依檢定標示進行操作												
11. 機台是否整潔無積屑												
12. 刀具是否正常無損傷磨耗情形												
13. 刀具是否適當保養更換												
14. 設備四周是否整齊無障礙												
檢查人員												
備註												

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表26：鑽床每月自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系○○實習工廠鑽床每月自動檢查紀錄表

檢查年份： 年

檢點項目	1月 日	2月 日	3月 日	4月 日	5月 日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日
1.煞車之器車床旋轉件煞車功能是否正常												
2.緊急停止開關作動狀況是否正常												
3.夾具機件之夾頭有無損傷磨耗												
4.配電盤及接地有無異狀												
5.旋轉件之運轉狀況有無異狀												
6.配線被覆是否剝損、劣化												
7.配線終端螺旋是否鬆弛												
8.鑽頭本體有無損傷斷裂												
9.鑽床周圍是否整潔無障礙												
10.其他												
檢查人員												
備註												

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表27：銑床每月自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系○○實習工廠銑床每月自動檢查紀錄表

檢查年份： 年

檢點項目	1月 日	2月 日	3月 日	4月 日	5月 日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日
1.標準操作流程是否張貼於明顯處並遵照作動												
2.電源供應及主軸馬達運轉是否正常												
3.機台是否無積屑												
4.冷卻油是否在標線內												
5.油氣及管路是否無洩漏												
6.冷卻油濾網是否清潔												
7.風扇濾網是否清潔												
8.循環油油面是否高於吸油幫浦												
9.循環油變質是否立即更換												
10.刀具是否正常無磨損												
11.緊急停止開關是否作動正常												
12.檢視車床四周是否整齊無障礙												
檢查人員												
備註												

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表28：CNC 車床每月自動檢查紀錄表 (參考範例，檢查項目不限於表中內容)

國立高雄師範大學○○系○○實習工廠 CNC 車床每月自動檢查紀錄表

檢查年份： 年

檢點項目	1月 日	2月 日	3月 日	4月 日	5月 日	6月 日	7月 日	8月 日	9月 日	10月 日	11月 日	12月 日
1.標準操作流程是否張貼於明顯處並遵照作動												
2.電源供應及主軸馬達運轉是否正常												
3.機台是否無積屑												
4.冷卻油是否在標線內												
5.油氣及管路是否無洩漏												
6.冷卻油濾網是否清潔												
7.風扇濾網是否清潔												
8.循環油油面是否高於吸油幫浦												
9.循環油變質是否立即更換												
10.刀具是否正常無磨損												
11.護罩有無損傷或異狀												
12.安全門有無損傷或異狀												
13.煞車之器車床旋轉件煞車功能												
14.安全互鎖裝置作動後是否立即停機												
15.緊急停止開關是否作動正常												
16.配電盤及接地有無異狀												
17.檢視車床四周是否整齊無障礙												
檢查人員												
備註												

備註：

1. 檢查結果：正常打V，異常打X，如無此項檢點項目請以“-”示之，異常時，請立即報修。
2. 檢查記錄表格請放置機械及設備旁。
3. 表格自行保存三年，副本送環安組備查。

實驗場所負責人：

單位主管：

附表29：緊急沖淋洗眼設備每月自動檢查紀錄表（參考範例，檢查項目不限於表中內容）

國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠緊急沖淋洗眼設備每月自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
設置場所	1.周圍 1.5 公尺內或通道無阻塞，地面整潔平坦	目視			
	2.是否有明顯標示	目視			
機體	3.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動、漏水	目視/實測			
水管	4.入水閥保持常開，接頭密合，不漏水，閥桿無損壞、變形	目視			
	5.控制閥（長柄或腳踏）機能正常	實測			
	6.噴灑頭整潔、過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞	目視/實測			
水源	7.確認水壓、水溫均適當	實測			
	8.確認水質無污濁情形	目視			
排水管	9.保持順暢	實測			
建議改善事項：					

※無該項目請於檢查結果欄註明「無」或「不適用」。

檢查人員：

實驗場所負責人：

單位主管：

附表 30：每日作業檢點紀錄表(簡易版) (參考範例，檢查項目不限於表中內容)

○○系/中心○○實驗室/實習工廠每日作業檢點記錄表(簡易版)

檢查日期： 年 月 日

檢查項目	檢 查 重 點	檢 查 結 果	備 註
藥品櫃	1.藥品使用完畢是否緊閉並置回原位整齊存放		
	2.藥品名稱是否標示清楚		
	3.各藥櫃是否關閉妥當		
	4.藥品櫃內有無藥品洩漏情形		
	5.危害性化學物質是否儲存特定區內並加以標示		
	6.內循環式或抽氣式藥品櫃是否有定時啟動。		
	7.內循環式或抽氣式藥品櫃抽氣是否正常。		
	8.內循環式藥品櫃的活性碳是否定期更換。		
高壓氣體鋼瓶	1.高壓氣體鋼瓶有無橫置之定位。		
	2.鋼瓶之固定措施是否牢固。		
	3.各種錶壓是否正常。		
	4.鋼瓶儲存間是否有易燃物。		
	5.檢查接頭部位有無溢洩。		
	6.鋼瓶儲存間之溫度是否超過攝氏四十度。		
	7.各種鋼瓶成分是否標示清楚。		
緊急淋浴設備	1.有無測試緊急淋浴之功能		
	2.有無測試緊急洗眼器之功能		
	3.檢視水質之外觀顏色		
儀器之附屬設備	1.儀器使用完畢是否有依程序關閉		
	2.電線之絕緣包覆有無被破壞致裸露		
污染防治設施	1.廢溶劑儲存場所溫度是否超過攝氏 50 度		
	2.儲存之內容物是否標示清楚		
	3.固體廢棄物是否分類儲存		
檢驗室內整體環境條件	1.緊急照明系統是否良好		
	2.室內保持整潔、通道明確、無積水情形		
	3.物品器材放置有條不紊		
	4.室內溫濕度有無記錄		
	5.緊急疏散標示是否清楚		
消防滅火設施	1.是否備有防止各類火災之滅火器		
	2.儲存場所有無明顯標示		
	3.滅火器是否壓力正常且未過期		
備註：			
(1)無該項目請於檢查結果欄註明「無」或「不適用」。			
(2)上述未登載之機械設備、急救器材、個人防護具的定期檢查或作業檢點項目請參閱附表 3~29。			

檢查人員：

實驗室負責人：

單位主管：