

精準國際檢測股份有限公司

職業衛生實驗室分析報告



Testing Laboratory
3613

檔案編號：2404-O194

委託單位：中華檢驗科技有限公司

委託單位地址：台南市永康區中華路1-91號

監測地點：國立高雄師範大學(燕巢校區)

監測日期：2024/04/25

現場溫度：27.1 °C

接收日期：2024/04/29

現場壓力：748.1 mmHg

報告日期：2024/05/13

監測編號	監測項目	監測時間	分析方法(版次) 參考分析方法 檢測最低質量	分析日期	檢測結果 mg	校正後 採樣體積 m ³	空氣中濃度& 容許濃度標準	備註
ZD04013 實驗室(寰宇大樓411)	乙腈	起:10:10 迄:10:25 15分	M-19(05) NIOSH1606 0.007830 mg	2024/05/06	<0.007830	0.00268	<1.74 ppm 60 ppm	⑦
ZD04014 實驗室(寰宇大樓506)	氯苯	起:11:20 迄:11:35 15分	M-10(06) NIOSH1003 0.002220 mg	2024/04/30	<0.002220	0.00277	<0.174 ppm 112.5 ppm	⑦
ZD04015 實驗室(寰宇大樓411)	二甲基甲醯 胺	起:10:15 迄:10:30 15分	M-13(06) CLA1215 0.001890 mg	2024/05/06	0.002687	0.00275	0.327 ppm 15 ppm	⑦
ZD04016 實驗室(寰宇大樓516)	碘甲烷	起:11:10 迄:11:25 15分	M-115(01) NIOSH1014 0.01000 mg	2024/05/08	<0.01000	0.0139	<0.124 ppm 4 ppm	①⑦
BKD03 BK	乙腈	起:- 迄:- -分	M-19(05) NIOSH1606 0.007830 mg	2024/05/06	<0.007830	-	- ppm 40 ppm	
BKD04 BK	乙腈	起:- 迄:- -分	M-19(05) NIOSH1606 0.007830 mg	2024/05/06	<0.007830	-	- ppm 40 ppm	
BKD05 BK	氯苯	起:- 迄:- -分	M-10(06) NIOSH1003 0.002220 mg	2024/04/30	<0.002220	-	- ppm 75 ppm	
BKD06 BK	氯苯	起:- 迄:- -分	M-10(06) NIOSH1003 0.002220 mg	2024/04/30	<0.002220	-	- ppm 75 ppm	
BKD07 BK	二甲基甲醯 胺	起:- 迄:- -分	M-13(06) CLA1215 0.001890 mg	2024/05/06	<0.001890	-	- ppm 10 ppm	
BKD08 BK	二甲基甲醯 胺	起:- 迄:- -分	M-13(06) CLA1215 0.001890 mg	2024/05/06	<0.001890	-	- ppm 10 ppm	

50853 彰化縣和美鎮道周路535號4樓

電話:04-7558868 E-mail:accuracydetection@gmail.com

認可類別:有機、無機、粉塵

認可期限:111.06.03~114.06.02

實驗室主任/
報告簽署人:

許仁譯



說明：(1) 本報告保存期限3年。

(2) 本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告。

(3) 報告未經實驗室書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。

(4) 本報告僅對樣品負責，樣品係由委託單位自行取樣。

(5) 監測地點、項目、日期、時間及採樣體積由委託單位提供。

(6) 空氣中濃度值由本實驗室分析結果和採樣體積資料換算而得。

(7) 校正後之體積係指換算成25°C，1大氣壓後之採樣體積。

(8) 本實驗室不對結果判定是否符合規範。

(9) 備註：①表採樣體積未在採樣分析建議方法範圍內，②表粉塵樣本超過濾紙承載量2 mg，③表樣品超過保存期限，④表樣品破出，⑤表非認證、非符合勞工作業環境監測實施辦法之項目報告，⑥表檢測結果超出認證範圍，⑦表容許濃度標準為短時間時量平均容許濃度(PEL-STEL)。

