



# 中華檢驗科技有限公司 職業衛生實驗室

## 分析報告書

職業衛生實驗室證書  
認證有效期間: 2023/02/26 ~ 2026/02/25  
粉塵重量分析  
有機分析  
無機分析

委託單位：中華檢驗科技有限公司

受測單位：國立高雄師範大學(燕巢校區)

受測單位地址：高雄市燕巢區深中路62號

監測日期：2025/4/17

樣本收受日期：2025/4/18

分析日期：2025/4/21

報告編號：CA11404084

分析項目：乙腈

容許濃度：60 ppm(STEL)

分析方法：S-15 & NIOSH 1606

現場溫度：27.1℃ 現場壓力：747.4mmHg

檢測最低質量：0.0159 mg

| 序號 | 實驗室<br>樣本編號 | 監測<br>編號 | 監測處所   | 監測時間         |              | 採樣速率<br>ml/min | 校正後<br>採樣體積<br>L | 分析值<br>(mg) | 空氣中<br>濃度<br>(ppm) | 備註 |
|----|-------------|----------|--------|--------------|--------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|----|
|    |             |          |        | 起<br>(HH:MM) | 迄<br>(HH:MM) |                |                  |             |                    |    |
| 1  | D114040777  | ZD04008  | 516實驗室 | 14:31        | 14:46        | 191.5          | 2.8              | < 0.0159    | < 3.3901           |    |
| 2  | D114040784  | BKD07    | BK     | ---          | ---          | ---            | ---              | < 0.0159    | ---                |    |
| 3  | D114040785  | BKD08    | BK     | ---          | ---          | ---            | ---              | < 0.0159    | ---                |    |
| 4  |             |          | ~以下空白~ |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 5  |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 6  |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 7  |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 8  |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 9  |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 10 |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 11 |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 12 |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 13 |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 14 |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 15 |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |

報告簽署人：

龔伶麗

地址：台南市永康區中華路1-91號

電話：06-3112006

傳真：06-3112007

說明：

1. 本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告。
2. 本報告保存年限：三年
3. 分析報告書未經本實驗室書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
4. 監測日期、環境條件、監測時間等採樣資料由委託單位提供。
5. 空氣中濃度值係由本實驗室分析值，並根據委託單位提供之採樣體積資料換算而得。
6. 如有現場空白樣品，介質空白樣品，溶劑空白樣品及原料樣品等應於報告中註明。
7. 監測後經校正之體積係指換算成25℃，一大氣壓後之採樣體積。
8. 如有分析圖譜之資料，提供部分影印資料。
9. 分析結果僅對此次收取樣本之試驗件有效。

備註：

- 註1：採樣體積未在採樣分析建議方法範圍內。  
註2：採樣速率未在採樣分析建議方法範圍內。  
註3：樣本有破出現像。  
註4：樣本有超出負載量。



# 中華檢驗科技有限公司 職業衛生實驗室

## 分析報告書

委託單位：中華檢驗科技有限公司

受測單位：國立高雄師範大學(燕巢校區)

受測單位地址：高雄市燕巢區深中路62號

監測日期：2025/4/17

樣本收受日期：2025/4/18

分析日期：2025/4/22

報告編號：CA11404084

分析項目：甲醛

容許濃度：2 ppm(STEL)

分析方法：CLA2403

現場溫度：27.1℃ 現場壓力：747.4mmHg

檢測最低質量：0.0032 mg

| 序<br>號 | 實驗室<br>樣本編號 | 監測<br>編號 | 監測處所   | 監測時間         |              | 採樣速率<br>ml/min | 校正後<br>採樣體積<br>L | 分析值<br>(mg) | 空氣中<br>濃度<br>(ppm) | 備註 |
|--------|-------------|----------|--------|--------------|--------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|----|
|        |             |          |        | 起<br>(HH:MM) | 迄<br>(HH:MM) |                |                  |             |                    |    |
| 1      | D114040776  | ZD04007  | 516實驗室 | 14:30        | 14:45        | 247.4          | 3.6              | < 0.0032    | < 0.7407           | 2  |
| 2      | D114040782  | BKD05    | BK     | ---          | ---          | ---            | ---              | < 0.0032    | ---                |    |
| 3      | D114040783  | BKD06    | BK     | ---          | ---          | ---            | ---              | < 0.0032    | ---                |    |
| 4      |             |          | ~以下空白~ |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 5      |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 6      |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 7      |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 8      |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 9      |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 10     |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 11     |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 12     |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 13     |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 14     |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |
| 15     |             |          |        |              |              |                |                  |             |                    |    |

報告簽署人：

龔伶麗

2025.5.8

地址：台南市永康區中華路1-91號

電話：06-3112006

傳真：06-3112007

說明：

1. 本報告為符合勞工作業環境監測實施辦法所出具之分析報告。
2. 本報告保存年限：三年
3. 分析報告書未經本實驗室書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
4. 監測日期、環境條件、監測時間等採樣資料由委託單位提供。
5. 空氣中濃度值係由本實驗室分析值，並根據委託單位提供之採樣體積資料換算而得。
6. 如有現場空白樣品，介質空白樣品，溶劑空白樣品及原料樣品等應於報告中註明。
7. 監測後經校正之體積係指換算成25℃，一大氣壓後之採樣體積。
8. 如有分析圖譜之資料，提供部分影印資料。
9. 分析結果僅對此次收取樣本之試驗件有效。

備註：

- 註1：採樣體積未在採樣分析建議方法範圍內。  
註2：採樣速率未在採樣分析建議方法範圍內。  
註3：樣本有破出現像。  
註4：樣本有超出負載量。

