

2016 生物安全檢查缺失暨建議事項報告單

檢查意見	請即 改善	限期 改善	改善日期 (請加註日期或期間)
優先改善事項			
分子免疫實驗室			
1. 門鎖不靈敏	√		2016/03/02
2. 藥架沒有防護欄或門		√	2016/07/20
環境檢驗中心實驗室			
1. BSC 沒有檢查紀錄	√		2016/03/10
2. BSL-2 標示不清	√		2016/03/02

初核結果： 通過； 應改善後複檢； 不通過

查核委員簽章：



完成查核日期：2016/09/22

生物安全會執行秘書簽章：



日期：2016/09/22